

CERTIFICADO DE ENSAIO

PROCESSO N.º: 452/2024

ENTIDADE

NOME	AMAK - Ass. Madeirense de Aut. e Karting
ENDEREÇO	Rua do Carmo nº 2 B, 1º sala 15
CÓDIGO POSTAL	9050-019 Funchal

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Instrumentos de Pesagem
MARCA	Intercomp
MODELO	SW650
NÚMERO	0429M20004

CARATERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL	$\pm 1,5$ kg (EMA IP classe III)
ALCANCE MÁXIMO	Não aplicável
ALCANCE MÍNIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÁXIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÍNIMO	Não aplicável
INTERVALO DE INDICAÇÃO	10 a 2000 kg

OPERAÇÃO EFETUADA

DATA	11/07/2024
MÉTODO	Portaria n.º 320/2019, de 19 de setembro
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	IT DREC 15 04 - Intrusão de trabalho de CM de IP
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	NI 45, NI 110 a NI 134, NI 142 a NI 191
RESULTADO	Conforme Erro máximo = 0,8 kg (ver nota)

NOTA:

Erro (10 kg) = -0,1 kg | Erro (400 kg) = -0,2 kg | Erro (600 kg) = -0,1 kg | Erro (800 kg) = 0,3 kg | Erro (1000 kg) = 0,8 kg

Canico, 11 de julho de 2024



Assinado de forma
digital por Paulo Sérgio
Teixeira Neves Quintal
Dados: 2024.07.11
16:18:26 +01'00'

Paulo Quintal
TÉCNICO METROLOGISTA



Assinado de forma digital
por João Rodrigo Oliveira
de Castro e Andrade
Dados: 2024.07.12
10:12:14 +01'00'

João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade
CHEFE DE DIVISÃO
LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA