

## PATIKROS SERTIFIKATAS

**Nr. NMS-2024-0039300**

Data	2024-03-13	
Puslapių skaičius	1	
MP pavadinimas, tipas, Nr.	Elektroninės svarstyklės Mingeda	
Matavimo ribos, tikslumas	Tipas: MS-CW	Nr. 102304019009
	Min 2 kg	Max 300 kg e 0,100 kg <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">III</span>
MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas	191976944	LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA
Patikros metodo žymuo	BPM 8871101-08:2013	
Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr.	Svarsčių komplektas F2 t.kl. Nr.5; svarsčiai GO-20 F2 t.kl Nr.100-124	
Patikros protokolo registracijos Nr., data	Nr. 150072-1-1	2024-03-13
Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas)	UAB "Nordic Metrology Science" Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g.38 LT-02189, Vilnius, tel.8 5 233 3393, info@nordicmetrology.com	
Išvada	Tinkamos	
Patikros sertifikatas galioja iki	2026-03-12	
Metrologas	Inžinierius metrologas	Petras Lipinskas
Laboratorijos vadovas	Vyresnysis inžinierius metrologas	Arūnas Brazinskas