

CERTIFICADO DE ENSAIO

PROCESSO N.º: 381/2023

ENTIDADE

NOME	AMAK - Ass. Madeirense de Aut. e Karting
ENDEREÇO	Rua do Carmo n.º 2 B, 1.º sala 15
CÓDIGO POSTAL	9050-019 Funchal

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Instrumentos de Pesagem
MARCA	Intercomp
MODELO	SW650
NÚMERO	0429M20004

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL	$\pm 1,5$ kg (EMA IP classe III)
ALCANCE MÁXIMO	Não aplicável
ALCANCE MÍNIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÁXIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÍNIMO	Não aplicável
INTERVALO DE INDICAÇÃO	10 a 2000 kg

OPERAÇÃO EFETUADA

DATA	11/07/2023
MÉTODO	Portaria n.º 320/2019, de 19 de setembro
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	IT LMM 01 06 - Instrução de trabalho de CM de IP
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	NI 29, NI 45, NI 110 a NI a 142, NI 220 e NI 221
RESULTADO	Conforme Erro máximo = -0,2 kg (ver nota)

NOTA:

Erro (10 kg) = 0 kg | Erro (500 kg) = -0,1 kg | Erro (1000 kg) = -0,2 kg | Erro (1500 kg) = -0,2 kg | Erro (1700 kg) = -0,05 kg

Caniço, 12 de julho de 2023

Jorge Shone
TÉCNICO METROLOGISTA

João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade
CHEFE DE DIVISÃO
LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA